

# 质量检验报告

产品名称：磁珠法植物基因组 DNA 提取试剂盒

产品货号：QYM1002A

生产日期：20180428

生产批号：AP28182

有效期至：2019.05.01

质检时间：2018.05.07

## 试剂盒成分

序号	组成成分	数量	规格	保存条件	外观检查	判定
1	buffer PCL	1 瓶	25ml/瓶	室温	澄清或有少量白色沉淀	合格
2	buffer PC	1 瓶	25ml/瓶	室温	澄清	合格
3	buffer WBP	1 瓶	40ml/瓶	室温	澄清	合格
4	buffer WB	2 瓶	40ml/瓶	室温	澄清	合格
5	buffer EL	1 瓶	10ml/瓶	室温	澄清	合格
6	RnaseA	1 管	0.5ml/管	-20℃	澄清或冻结透明	合格
7	Magbeads	1 管	2.5ml/管	室温	黑色悬浊液。分散好，沉降好，无聚集成团	合格


## 质检步骤：

按照试剂盒说明书实验流程，从 200mg 小麦叶片中提取基因组 DNA。

## 质检结果：

样本编号	1	2	3	4
DNA 浓度	182.6	200	190.5	223
A260/A280	1.8	1.79	1.78	1.8

## 电泳结果：



检验是否合格：合格

检验人：刘硕

质量管理部负责人：孙焕然



